



10023
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.1077.30.00854-21

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

SE "UKRMETRTESTSTANDART"

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Продукція
Product

Перетворювач температури вимірювальний

Код УКТ ЗЕД 9026

Торгова марка
Trademark

Модель/Тип
Model/Type Ref.

ПТ-1 (позначення типу наведене в додатку до сертифіката)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077

Назва та адреса заявника
та/або уповноваженої особи
Name and address of the applicant
and/or authorized representative

ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ»
04128, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19, Україна

Код ЄДРПОУ 31283392

Назва та адреса виробника
Name and address of the
manufacturer

ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ»
04128, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19, Україна

Назва та місцезнаходження
виробництва
Name and location of production

ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ»
08138, м. Київ, вул. Мала Кільцева, 8, Україна

Додаткова інформація
Additional information

Цей сертифікат складається з 3 сторінок.
Додаток є невід'ємною частиною цього сертифіката.

Виданий на підставі
Issued on the grounds of

звіту про оцінювання ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
№ 2084УкрТЕСТ2-21 від 27.07.2021 (атестат акредитації № 10023 від 10.04.2019)

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації: **27.07.2021**
Date



В.Д. Ример
V.D. Rymer

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний. This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid. Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном: +38 (044) 526-41-32 та на веб-сайті: <http://reestr.ukrcsm.kiev.ua> Validity of the certificate can be checked by phone or at website



10023
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.1077.30.00854-21

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

Додаток № 1
Addition

1. Позначення типу перетворювача температури вимірювального ПТ-1

ПТ-1 — — — — — —

Тип чутливого елемента (датчика) ТО:

Д – вбудований цифровий;

П – платиновий: вбудований або конструктивно відокремлений.

Вид електричного вихідного сигналу:

О1 – цифровий сигнал стандарту Bell202 (протокол HART);

О2 – цифровий сигнал інтерфейсу PLI;

О3 – кодовий цифровий сигнал інтерфейсу RS485.

Діапазон вимірювань температури:

1 – від мінус 25° С до 55° С;

2 – від мінус 40° С до 70° С;

3 – від 5° С до 120° С;

4 – від 0° С до 400° С.

Діаметр датчика, мм

Довжина ділянки датчика, що контактує з робочим середовищем, мм

Виконання корпусу:

А – модель ПТ-1-П стандартний корпус з окремим датчиком

С – модель ПТ-1-Д стандартний корпус перетворювача

Заступник керівника органу з сертифікації

Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації:
Date

27.07.2021



В.Д. Ример
V.D. Rymer

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном: +38 (044) 526-41-32 та на web-сайті: <http://reestr.ukrcsm.kiev.ua>
Validity of the certificate can be checked by phone or at website



10023
DSTU EN-ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.1077.30.00854-21

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

Додаток № 2
Addition

2. Перелік документації, наданої до ООВ:

- загальний опис апаратури (фотографії (зовнішні / внутрішні));
- перелік стандартів, застосованих виробником при проектуванні;
- аналіз та оцінка ризиків;
- опис маркування;
- керівництво з експлуатації.

3. Протокол випробувань

ВС УкрТЕСТ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ":
№ 1024-5-2021 від 16.07.2021

4. Стандарти, що застосовуються:

ДСТУ EN 61326-1:2016

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації:
Date

27.07.2021



В.Д. Ример
V.D. Rymer

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний. This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid. Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном: +38 (044) 526-41-32 та на web-сайті: <http://reestr.ukrcsm.kiev.ua> Validity of the certificate can be checked by phone or at website